

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS III.

Eljárás megnevezése: **Laboratóriumi vegyszerek és fogyóeszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetem részére Európai Uniós források felhasználásával**

Megküldve: valamennyi ismert gazdasági szereplőnek e-mailen

Tisztelt Cím!

Az Eszterházy Károly Egyetem az általa kezdeményezett „Laboratóriumi vegyszerek és fogyóeszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetem részére Európai Uniós források felhasználásával” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésre a Kbt. 56. §-ban foglaltak figyelembe vételével ezúton adja meg a választát.

10. kérdés: 3. Rész - kromatográfiai oszlopok: Milyen típusú vegyületek elválasztására használnák az egyes oszlopokat?

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli:

- Polifenolok (fenil-propanoidok, antociánok)
- Glikozilált aroma prekurzorok
- Kis moltömegű szerves savak
- Aminosavak
- Vitaminok
- Karotinoidok
- Cukrok, cukoralkoholok
- Biogén aminok
- Peszticidek

11. kérdés: 3. Rész - kromatográfiai oszlopok: Eddig milyen oszlopokat használtak a megadott vegyületek elválasztásához?

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli:

- Thermo Hypersil GOLD aQ
- Prevail Carbohydrate ES
- Agilent SB-C18
- ACE UltraCore 2.5 SuperC18
- ACE 3 C18-Amide

12. kérdés: 5. részajánlati kör Molbi. kitek :

2. számú tétel: FastRuler™ Middle Range DNA Ladder, ready to use, 2x 500 ul

A termék elvárt paramétereikhez megadott molekulaméretnek nem azonosak a megnevezett termékben található méretekkel. A felhasználó a megnevezett vagy azzal egyenértékű termékre kér ajánlatot, vagy a felsorolt paramétereknek megfelelő termékre?

Válasz: A megnevezett termékre vagy azzal egyenértékű termékre szeretnénk kérni az ajánlatot, a beszerezni kívánt termék paramétere(i): 1500, 850, 400, 200 és 50 molekulaméret.

13. kérdés: 5. részajánlati kör Molbi. kitek :

3. számú tétel: FastRuler™ Low Range DNA Ladder, ready to use, 2x 500 ul

A termék elvárt paramétereikhez megadott molekulaméretük nem azonosak a megnevezett termékben található méretekkel. A felhasználó a megnevezett vagy azzal egyenértékű termékre kér ajánlatot, vagy a felsorolt paramétereknek megfelelő termékre?

Válasz: A megnevezett termékre vagy azzal egyenértékű termékre szeretnénk kérni az ajánlatot, a beszerezni kívánt termék paramétere(i): 5000, 2000, 850, 400 és 100 molekulaméretük.

14. kérdés: 5. részajánlati kör Molbi. kitek :

13. számú tétel: RNS izoláló kit

A felhasználó milyen forrásból (baktérium, gomba, növény, sejttenyészet, állati szövet stb...) szeretne RNS-t izolálni és milyen mennyiségben (mini, midi, maxi)?

Válasz: Gomba és növényi forrásból szeretnénk RNS-t izolálni. Mini mennyiségben szeretnénk rendelni.

15. kérdés: 8. részajánlati kör Szintézis termékek::

1. számú tétel: oligonucleotid

Milyen szintézis méretre kér a felhasználó ajánlatot (2 OD/5 OD/10 OD stb...)?

Válasz: 25 nmol (2 OD).

16.kérdés

2017. 08.25-i keltezésű kiegészítő tájékoztatásukban jelezték, hogy a kiírt mennyiségi egységektől eltérőt nem fogadják el a 2. ajánlati rész esetében.


Tekintettel arra, hogy 5 literes kiszerezésű etanol forgalomba hozatalára magyarországi kereskedők nem rendelkeznek forgalomba hozatali engedéllyel, ezért ezen jövedéki termékek esetében a szabad verseny biztosítása érdekében lehetővé teszik-e az 5x1 liter megajánlását, mint egyenértékű kiszerezési egységet?

Válasz:

Igen, lehetővé tesszük, a műszaki leírásban a „Etanol 96%” tételnél a mennyiségi egység „1 l”, a mennyiség „45”, azaz 45 l.

Eger, 2017. szeptember 05.

Tisztelettel:



Dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó